

מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1,000 וולט

בתי תקע לשירות בסביבת המטופל במכון דיאליזה

? בתקנת משנה 18(ב) של תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), נקבע:

"בתי תקע באתרים רפואיים מקבוצה 2 שאינם ניזונים מזינה צפה ימוקמו מחוץ לסביבת המטופל, כך שיהיה ניתן להבדיל ביניהם לבין בתי תקע הניזונים מזינה צפה".

האם ניתן לחרוג מהוראות תקנה זו ולתכנן בתי תקע לשירות, שימוקמו בסביבת המטופל אך לא יוזנו מזינה צפה כאשר מדובר במכון דיאליזה למטופלים שאינם זקוקים לאישפוז (כלומר, מכון אמבולטורי)? ניתן יהיה להבדיל בינם לבין בתי תקע הניזונים מזינה צפה – באמצעות בתי תקע מסוג שונה, או באמצעות צבע בתי התקע, וכן בעזרת שילוט מתאים.

! תשובת הוועדה

בתקנת משנה 2(ב) של תקנות אלו נקבע:

"סיווג השימוש בכל אתר רפואי ייקבע באחריות המשתמש באתר".

משהגדיר המשתמש את מכון הדיאליזה כאתר רפואי מקבוצה 2, יש לנהוג בדיוק לפי הנדרש בתקנה. תשומת לב השואל מופנית להתייחסות הוועדה לשאלה עם משמעות דומה (תשובה מספר 05-13), כפי שפורסם בגיליון ינואר 2007 של מידעון "פאזה אחרת".